

Znak: ZOZ.V.010/DZP/03/20

Sucha Beskidzka dnia 24.01.2020r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na **Dostawę ambulansu sanitarnego typu B z zabudową przedziału medycznego oraz z noszami z transporterem**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchoj Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

1. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie noszy bez uchylnego stabilizatora głowy pacjenta z możliwością wyjęcia, ale wyposażone w podglówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający przedłużenie powierzchni leża w celu transportu pacjenta o znacznym wzroście z specjalną poduszką anatomiczną stabilizującą głowę pacjenta? Dopuszczenie do zaoferowania proponowanego przez nas rozwiązania technicznego, w żadnym stopniu nie wpływa na obniżenie funkcjonalności wymaganej przez Zamawiającego, a umożliwia jedynie złożenie oferty opartej na innych rozwiązaniach technicznych.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

2. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie noszy głównych posiadających oparcia boczne składane i rozkładane na zewnątrz noszy, a nie wzdłuż ramy noszy?

Uzasadnienie: Takie rozwiązanie techniczne ułatwia usadowienie pacjenta na noszach oraz umożliwia zapięcie oparcia w przypadku pacjentów bariatrycznych i w żadnym stopniu nie wpłynie na obniżenie funkcjonalności wymaganej przez Zamawiającego, a umożliwi jedynie złożenie oferty opartej na innych rozwiązaniach technicznych.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

3. Czy Zamawiający dopuści nosze wykonane z profili o przekroju innym niż prostokątny, ale tak samo mający podwyższoną wytrzymałość na ekstremalne obciążenia tj. min 250 kg ? Rozwiązanie takie nie wpłynie na obniżenie funkcjonalności wymaganej przez Zamawiającego, a umożliwi jedynie złożenie oferty opartej na innych rozwiązaniach technicznych.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

4. Czy Zamawiający dopuści transporter wykonany z profili o przekroju innym niż prostokątny, ale tak samo mający podwyższoną wytrzymałość na ekstremalne obciążenia tj. min 250 kg ? Rozwiązanie takie nie wpłynie na obniżenie funkcjonalności wymaganej przez Zamawiającego, a umożliwi jedynie złożenie oferty opartej na innych rozwiązaniach technicznych.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**


5. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie transportera, który nie spełnia normy PN EN 1865+A1 : 2015 w zakresie punktu 4.2.3. co jest poświadczony w deklaracji zgodności i certyfikacie wystawionym przez niezależną jednostkę notyfikowaną.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans wyposażony w fabryczne niezależne ogrzewania wodne zamiast powietrznego?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Z poważaniem:

  
mgr DYMENFORA  
Zespołu Opieki Radzotnej  
w Suchej Beskidzkiej  
mgr Janusz Baczewski

  
Kierownik  
Działu Zamówień i Kontraktów  
mgr Sabina Stęczek